

勞動部勞動及職業安全衛生研究所採樣分析參考方法

MOL 3017 (等級 B) 鋁等 35 種元素 ICP-OES 分析 (Hot Block/鹽酸及硝酸消化)

元素中文名：表 1	元素英文名：表 1	審查日期：2022/08/08
容許濃度	參考資料：NIOSH 7303	3/15/2003 [1]
勞動部：見表 1 [2]	原子式：見表 1	
OSHA：見表 1	別名：—	
NIOSH：見表 1	CAS No.：見表 1	
ACGIH：見表 1 [4]	RTECS No.：見表 1	
基本物性：見表 1		
元素名稱		
鋁(Al)	銻(Sb)	砷(As)
鋇(Ba)	鈹(Be)	鉍(Bi)
硼(B)	鐳(Ca)	鉻(Cr)
鈷(Co)	銅(Cu)	鎳(Ga)
鎢(Hf)	鎢(In)	鐵(Fe)
鉛(Pb)	鋰(Li)	鎂(Mg)
錳(Mn)	鉬(Mo)	鎳(Ni)
磷(P)	鉀(K)	銻(Rh)
鈾(Sr)	鈦(Ti)	鈦(Ti)
鈾(Zr)	錫(Sn)	鈷(V)
鈷(Y)	鋅(Zn)	鋳(Zr)
	採樣	分析
採樣介質：混合纖維素酯濾紙(MCE， 0.8 µm，37 mm)	儀器：感應耦合電漿光學發射光譜儀(ICP-OES)	分析物：如表 1 所示
流率：1-4 L/min	試劑：1.25 mL 37% 濃鹽酸及 2 mL 65% 濃硝酸	最終溶液：5% 鹽酸，8% 硝酸，25 mL
採樣體積：如表 1 所示	波長：如表 2 所示	標準樣本：分析物溶於 5% HNO ₃ 溶液中
樣本運送：例行性	檢量線範圍：如表 2 所示	可量化最低量：如表 2 所示
樣本穩定性：28 天 (室溫)	偵測極限(LOD)：如表 2 所示	定量極限(LOQ)：如表 2 所示
現場空白樣本：每批樣本數的 10%， 至少需 2 個以上	分析變異係數(CVa)：如表 2 所示	
準確度[1]		
範圍：5 ~50 mg/樣本		
偏差：未測定		
總變異係數(CV _T)：未測定		
準確度：未測定		
適用範圍[1]：本方法是以 500 L 的空氣為樣本時，有效分析範圍最高可達 100 mg/m ³ 。		
干擾：本方法(ICP-OES)最主要的干擾係來自分析時之光譜性干擾，可藉由適當的波長選擇、背景校正或光譜校正係數的方式使干擾減至最低。		
安全衛生注意事項：樣本前處理消化步驟必須在排煙櫃中進行。		
註：本方法有標出參考文獻處，指內容係直接引用該文獻。		

1. 試藥

- 1.1 濃鹽酸：37% HCl，分析級。
- 1.2 濃硝酸：65% HNO₃，分析級。
- 1.3 標準溶液：1,000 µg/mL，市售單一或混合標準溶液。
- 1.4 液氫(Argon)：99.99%。
- 1.5 稀釋溶液：二次去離子水。
- 1.6 稀釋酸溶液：5% HNO₃，將 1500 mL 之二次去離子水置於 2 L 之定量瓶中，加入 100 mL 之 65% HNO₃，再用二次去離子水定量至 2 L。

2. 設備

- 2.1 捕集設備：混合纖維素酯濾紙置於濾紙匣中，濾紙孔徑 0.8 µm，濾紙直徑 37 mm，見「作業環境有害物採樣分析參考方法驗證程序：附件 3」之採樣介質。
- 2.2 個人採樣泵：流率約 1~5 L/min。
- 2.3 感應耦合電漿光學發射光譜儀(ICP-OES)。
- 2.4 自動進樣器。
- 2.5 氣體調節閥：ICP-OES 氫氣流量控制用。
- 2.6 石墨加熱爐(hot block)：消化溫度設定為 95°C。
- 2.7 石墨加熱爐消化管：50 mL 塑膠瓶，附塑膠錶玻璃。
- 2.8 定量瓶：10 mL、25 mL、50 mL、100 mL 及 1 L。
- 2.9 微量吸管：0.1~1 mL 及 1~5 mL。
- 2.10 微量注射針：10 µL 到 5,000 µL。
- 2.11 鑷子。

3. 採樣

- 3.1 個人採樣泵連結濾紙，進行流率校正，見「作業環境有害物採樣分析參考方法驗證程序：附件 3」之採樣。
- 3.2 以正確且已知的流率採集空氣。採樣泵流率為 1-4 L/min，應採集的空氣體積如表 1。
- 3.3 每張濾紙上的總粉塵量不得超過 2 mg。
- 3.4 採樣完成後將濾紙匣兩端加栓(plug)密封。

4. 回收率測定與樣本脫附

4.1 回收率測定

- 4.1.1 見「作業環境有害物採樣分析參考方法驗證程序：附件 3」之回收率。
- 4.1.2 將濾紙放入濾紙匣中，以微量吸管取適量的分析物添加於濾紙上，上蓋後以石蠟薄膜(parafilm)加以密封，靜置過夜。添加量為 5~20 µg。
- 4.1.3 經消化後進行分析。

4.2 樣本前處理^{*}

- 4.2.1 打開濾紙匣，以鑷子夾將濾紙取下，將濾紙對摺成 1/4 大小放入 50 mL 的石墨加熱爐消化管中。
- 4.2.2 消化管中加入 1.25mL 鹽酸溶液，蓋上塑膠錶玻璃。
- 4.2.3 置於石墨加熱爐(hot block)上（設定 95°C）加熱，加熱時間約 15 分鐘。

- 4.2.4 把消化管移出石墨加熱爐(hot block)並放置於抽風櫃內冷卻約 5 分鐘。
 - 4.2.5 加入 2 mL 硝酸溶液，蓋上塑膠錶玻璃。
 - 4.2.6 再次置於石墨加熱爐(hot block)上（設定 95°C）加熱，加熱約 15 分鐘。
 - 4.2.7 把消化管移出石墨加熱爐(hot block)並放置於抽風櫃內冷卻約 5 分鐘。
 - 4.2.8 待溫度下降後，移開塑膠錶玻璃，並用二次去離子水沖刷塑膠錶玻璃，使附著於塑膠錶玻璃之殘留液流至消化管中，丟棄塑膠錶玻璃。
 - 4.2.9 以二次去離子水溶液定量至 25 mL。
- ※：本方法是以石墨加熱爐為消化儀器，亦可使用其他方式消化，例如加熱板(hot plate)或微波消化，但消化條件需另訂之。

5. 檢量線製作與品管

5.1 檢量線製作

- 5.1.1 見「作業環境有害物採樣分析參考方法驗證程序：附件 3」之檢量線製作與品管。
- 5.1.2 取市售 1,000 $\mu\text{g/mL}$ 單一標準溶液或混合標準溶液，以稀釋酸溶液稀釋 20 倍，即 50 $\mu\text{g/mL}$ 的溶液，作為儲備溶液。
- 5.1.2 加已知量的儲備溶液於盛有稀釋溶液的 50 mL 量瓶中，再稀釋至其刻度。所建立之檢量線濃度範圍約為 0.005~50 $\mu\text{g/mL}$ 。至少應配製 5 種不同濃度的標準溶液，以建立檢量線。
- 5.1.3 將樣本、標準溶液與空白樣本同批一起分析。
- 5.1.4 以發射光譜線強度(intensity)對分析物的濃度，繪製檢量線。

5.2 品質管制

- 5.2.1 見「作業環境有害物採樣分析參考方法驗證程序：附件 3」[3]之檢量線製作與品管。
- 5.2.2 每隔 10 個樣本，測試一次標準溶液，以檢查儀器的狀況是否穩定。
- 5.2.3 必要時可使用標準添加法，作基質干擾校正，或以光譜校正係數的方式使光譜干擾減至最低。

6.儀器分析

6.1 儀器分析條件

儀器參數	操作條件
儀器	ICP-OES
觀測方向	水平(Axial)
電漿瓦數	1,250 W
使用氣體	液氫
霧化氣體流率	0.48 L/min
冷卻氣體流率	12.0 L/min
輔助氣體流率	0.5 L/min
樣本導入流率	1 mL/min
注入(內)管直徑	0.6 mm

註：以 Thermo i-CAP 7400 為例，亦可使用其它廠牌同級之儀器，但分析條件需另訂之。

6.2 測定標準溶液、樣本、空白樣本光譜線的強度值，並加以記錄。

註：如果樣本光譜線的強度值大於儀器測定的線性範圍，需以稀釋酸溶液稀釋之並重新測定，計算濃度時需乘以稀釋倍數。

6.3 回收率：見表 2。

註：採樣介質為 SKC 225-3-01 混合纖維素酯濾紙，MCE。

6.4 樣本進入感應耦合電漿光學發射光譜儀。

6.5 以放射光譜線強度，自檢量線求出濃度乘以樣本溶液體積即可得出分析物之質量。

7.計算

$$C = \frac{(C_s V_s - C_b V_b)}{V}$$

C：空氣中有害物濃度 (mg/m³)

V：採樣氣體體積 (L)

C_s：樣本濃度 (μg/mL)

C_b：平均空白樣本濃度 (μg/mL)

V_s：樣本溶液體積 (mL)

V_b：空白樣本溶液體積 (mL)

8.方法覆驗

	測試 1	測試 2
儀器	ICP-OES	-
觀測方向	水平(Axial)	-
電漿瓦數	1,250 W	
使用氣體	液氫	
霧化氣體流率	0.48 L/min	
冷卻氣體流率	12.0 L/min	
輔助氣體流率	0.5 L/min	
樣本導入流率	1 mL/min	
注入(內)管直徑	0.6 mm	
平均回收率(%)	見表 2	-
分析變異係數 CV _a (%)	見表 2	-

9.樣本儲存穩定性測試

配製 30 個樣本，進行 28 天樣本儲存穩定性測試，分別於室溫及冷藏(4 °C)貯存樣本 7 天、14 天、21 天及 28 天，經測試其結果所有元素不論在室溫或冷藏其相對回收率均高於 90%，表示樣本可穩定貯存於室溫下 28 天，詳見表 3。

10.參考文獻

- [1] NIOSH Manual of Analytical Method, 4th Ed. NIOSH, Cincinnati, Ohio, Method 7303, 15 March 2003.
- [2] 「勞工作業場所容許暴露標準」，勞動部，民國 103 年 7 月。
- [3] 「作業環境有害物採樣分析參考方法驗證程序第四版」，勞動部勞動及職業安全衛生研究所，民國 108 年 7 月。
- [4] ACGIH TLVs[®] and BEIs[®] 2021.

表 1 鋁等 35 種元素基本資料、測定波長及採樣體積

元素名稱 (符號)	測定波長 (nm)	容許濃度標準(mg/m ³)				基本物性 ^a				採樣體積(L) ^b	
		勞動部	OSHA	NIOSH	ACGIH	原子量	熔點(°C)	CAS No.	RTECS No.	最小	最大
砷(As) Arsenic	189.0	0.01(瘤)	0.01	0.002(C)	0.01	74.92	817	7440-38-2	CG0525000	60	2,880
鈹(Be) Beryllium	313.0	0.002(瘤)	0.002	0.0005	0.0005	9.01	1,278	7440-41-7	CG0525000	125	2,880
鈣(Ca) Calcium	317.9	5(CaO)	2	2	2	40.08	842	7440-70-2	—	60	400
鎘(Cd) Cadmium	214.4	0.05(瘤)	0.005	儘可能低	0.002	112.40	321	7440-43-9	EU9800000	60	2,880
鈷(Co) Cobalt	228.6	0.05	0.02	0.05	0.02	58.93	1,495	7440-48-4	GF8750000	60	2,880
銅(Cu) Copper	324.8	0.2(fume)	0.1(fume)	0.1(fume)	0.2(fume)	63.54	1,083	7440-50-8	GL5325000	60	2,880
鐵(Fe) Iron	259.9	10(FeO,Fe ₃ O ₄)	5(fume)	5	5(fume)	55.85	1,535	7439-89-6	NO4565500	60	200
鋰(Li) Lithium	610.4	0.025(LiH)	0.025	0.025	0.05(C)	6.94	179	7439-93-2	—	60	2,880
鎂(Mg) Magnesium	279.6	10(MgO)	10	10(fume)	10(fume)	24.31	651	7439-95-4	OM2100000	60	200
錳(Mn) Manganese	257.6	1(fume)	0.2	1	0.1	54.94	1,244	7439-96-5	OO9275000	60	2,000
鉬(Mo) Molybdenum	202.0	5	0.5	5	0.5	95.94	651	7439-98-7	QA4680000	60	400
鎳(Ni) Nickel	221.6	1	0.5	0.15	1.5	57.81	1,453	7440-02-0	QR5950000	60	2,000
鉛(Pb) Lead	220.4	0.05	0.05	0.05	0.05	207.19	328	7439-92-1	QF7525000	60	2,880
銻(Sb) Antimony	206.8	0.51(SbH ₃)	0.5	0.5	0.5	121.75	630	7440-36-0	CC4025000	60	2,880
硒(Se) Selenium	196.1	0.2	0.2	0.2	0.2	78.96	217	7782-49-2	VS7700000	60	2,880

元素名稱 (符號)	測定波長 (nm)	容許濃度標準(mg/m ³)				基本物性 ^a				採樣體積(L) ^b	
		勞動部	OSHA	NIOSH	ACGIH	原子量	熔點(°C)	CAS No.	RTECS No.	最小	最大
錫(Sn) Tin	190.0	2	2	2	2	118.69	232	7440-31-5	XP7320000	60	1,000
鈦(Ti) Titanium	334.9	10(TiO ₂)	15	2.4	10	47.90	1,675	7440-32-6	XR1700000	60	200
鈮(V) Vanadium	292.4	0.1(V ₂ O ₅ , 高, fume)	0.05	0.05(C)	0.05	50.94	1,890	7440-62-2	YW2400000	60	2,880
鋅(Zn) Zinc	202.5	5(ZnO, fume)	5	5	2	65.37	419	7440-66-6	ZG8600000	60	400
鋁(Al) Aluminum	396.2	—	15(總粉塵)	10(總粉塵)	1(Respirable)	26.98	660	7429-90-5	BD0330000	60	133 ^c
硼(B) Boron	249.7	2.8(BF ₃)	—	—	—	10.81	2,300	7440-42-8	—	60	714
鋇(Ba) Barium	493.4	0.5	0.5	0.5	0.5	137.3	727	7440-39-3	CQ8370000	60	2,880
鉍(Bi) Bismuth	223.1	—	0.02	0.05	0.02	208.98	271.5	7440-69-9	—	60	2,880 ^c
鉻(Cr) Chromium	267.7	1	0.5	0.5	0.5	52.00	1,890	7440-47-3	GB4200000	60	2,000
鎳(Ga) Gallium	294.4	—	—	—	0.0003(Respirable)	69.72	29.75	7440-55-3	—	1667d	2,880 ^d
銦(In) Indium	325.6	0.1	0.1	0.1	0.1	114.82	156.3	7440-74-6	NL1050000	60	2,880
鉀(K) Potassium	766.5	—	—	—	2(KOH, STEL)	39.10	63	7440-09-7	—	60	1,000 ^d
鈉(Na) Sodium	589.6	2(NaOH)	—	—	2(NaOH)	22.99	98	7440-23-5	—	60	1,000
銣(Sr) Strontium	407.8	—	—	—	—	87.62	769	7440-24-6	WK7700000	60	2,000 ^e
鉈(Tl) Thallium	276.8	—	0.1(皮)	0.1(皮)	0.02(皮)	204.37	304	7440-28-0	XG3425000	60	2,880 ^c
鈳(Hf) Hafnium	277.3	0.5	0.5	0.5	0.5	178.49	2,233	7440-58-6	—	60	2,880

元素名稱 (符號)	測定波長 (nm)	容許濃度標準(mg/m ³)				基本物性 ^a				採樣體積(L) ^b	
		勞動部	OSHA	NIOSH	ACGIH	原子量	熔點(°C)	CAS No.	RTECS No.	最小	最大
銠(Rh) Rhodium	343.5	0.1	0.1	0.1	1	102.91	1,964	7440-16-6	—	60	2,880
鈮(Y) Yttrium	371.0	1	1	1	1	88.91	1,495	7440-65-5	ZG2980000	60	2,000
鋯(Zr) Zirconium	343.8	5	5	5	2	91.22	1,852	7440-67-7	ZH7070000	60	400
磷(P) Phosphorus	177.5	0.1	0.1	0.1	0.1	30.97	44	7423-14-0	TH3500000	60	2,880

※註：a：基本物性中之資料均指元素，而非化合物

b：最小採樣體積依每種元素之可量化最低量測試結果，帶入檢量線第一點濃度值而計算得之。最大採樣體積則由 NIOSH 方法中建議濾紙負荷量 2 mg 計算得之，當採樣物質為多元素混合物時，建議以混合物中最低採樣體積之元素為最大採樣體積。但為符合職業衛生實際採樣現況，經計算最小採樣體積若低於 60 L[最大流率(4 L)×15 分鐘]，則以 60 L 作為最小採樣體積；若最大採樣體積大於 2,880 L[最大流率(4 L)×720 分鐘]，則以 2,880 L 作為最大採樣體積。

c：由於鋁、鈹及鉈國內未制定容許濃度標準，因此參考 OSHA 標準計算得之。

d：由於鎂及鉀國內未制定容許濃度標準，因此參考 ACGIH 標準計算得之。

e：由於鋇未制定濃度標準，因此引用 NIOSH No.7302 之數據。

表 2 測定波長、平均回收率、可量化最低量、檢量線範圍及偵測極限

元素名稱 (符號)	測定波長 (nm)	回收率			可量化最低量			檢量線範圍		偵測極限
		添加量 (µg/樣本)	平均回收率 (%)	分析變異係數 CVa(%)	(µg/樣本)	分析變異係數 CVa(%)	相對偏差 RPD(%)	最低濃度 (µg/mL)	最高濃度 (µg/mL)	LOD/LOQ (µg/mL)
砷(As)	189.0	5-20	99.1	0.47	0.5	2.64	1.04	0.01	50	0.0036/0.012
鉍(Be)	313.0	5-20	100.1	0.72	0.25	3.50	2.64	0.005	50	0.00004/0.0001
鈣(Ca)	317.9	5-20	99.7	2.39	5.0	1.82	3.91	0.1	50	0.0007/0.0023
鎘(Cd)	214.4	5-20	99.4	0.38	0.25	3.59	3.92	0.005	50	0.0001/0.0003
鈷(Co)	228.6	5-20	100.6	0.41	0.25	3.91	2.68	0.005	50	0.0005/0.0017
銅(Cu)	324.8	5-20	102.4	1.11	0.25	2.19	5.00	0.005	50	0.0008/0.0027
鐵(Fe)	259.9	5-20	106.0	4.19	1.25	1.99	2.90	0.02	50	0.0005/0.0018
鋰(Li)	610.4	5-20	95.1	0.62	1.25	1.17	4.97	0.02	50	0.0028/0.0095
鎂(Mg)	279.6	5-20	101.6	0.88	0.25	3.46	12.6	0.005	50	0.00004/0.0001
錳(Mn)	257.6	5-20	100.2	0.66	0.25	4.06	1.69	0.005	50	0.0001/0.0003
鉬(Mo)	202.0	5-20	100.4	0.44	0.25	4.38	6.40	0.005	50	0.0008/0.0026
鎳(Ni)	221.6	5-20	101.0	0.46	0.25	4.04	8.64	0.005	50	0.0005/0.0015
鉛(Pb)	220.4	5-20	100.2	0.44	0.5	1.76	6.32	0.01	50	0.0025/0.0084
銻(Sb)	206.8	5-20	100.1	0.46	1.25	2.64	2.39	0.02	50	0.0031/0.0105
硒(Se)	196.1	5-20	98.0	0.46	0.5	6.47	4.68	0.01	50	0.0057/0.0191
錫(Sn)	190.0	5-20	99.4	0.55	0.25	3.09	5.16	0.005	50	0.0013/0.0042
鈦(Ti)	334.9	5-20	99.3	0.73	0.25	2.81	5.76	0.005	50	0.0005/0.0017
釩(V)	292.4	5-20	100.3	0.61	0.25	3.93	15.36	0.005	50	0.0010/0.0034


元素名稱 (符號)	測定波長 (nm)	回收率			可量化最低量			檢量線範圍		偵測極限
		添加量 (µg/樣本)	平均回收率 (%)	分析變異係數 CVa(%)	(µg/樣本)	分析變異係數 CVa(%)	相對偏差 RPD(%)	最低濃度 (µg/mL)	最高濃度 (µg/mL)	LOD/LOQ (µg/mL)
鋅(Zn)	202.5	5-20	100.1	0.58	0.5	3.40	1.00	0.01	50	0.0001/0.0004
鋁(Al)	396.2	5-20	100.6	0.94	0.5	5.57	0.76	0.01	50	0.002/0.0067
硼(B)	249.7	5-20	94.1	0.77	0.5	2.13	0.66	0.01	50	0.0027/0.0091
鋇(Ba)	493.4	5-20	101.2	1.04	0.25	3.28	2.88	0.005	50	0.0001/0.0004
鉍(Bi)	223.1	5-20	93.7	0.73	0.5	6.03	3.96	0.01	50	0.003/0.01
鉻(Cr)	267.7	5-20	101.0	1.27	0.5	5.54	0.18	0.01	50	0.0005/0.0018
鎩(Ga)	294.4	5-20	92.6	0.80	1.25	4.98	4.11	0.02	50	0.0079/0.0263
銦(In)	325.6	5-20	104.5	1.33	0.5	6.67	2.36	0.02	50	0.015/0.05
鉀(K)	766.5	5-20	95.4	0.47	0.25	2.67	8.52	0.005	50	0.0001/0.0033
鈉(Na)	589.6	5-20	96.4	1.07	0.5	4.41	0.76	0.01	50	0.0004/0.0014
鋇(Sr)	407.8	5-20	102.6	1.28	0.25	3.53	0.40	0.005	50	0.00003/0.0001
銻(Tl)	276.8	5-20	94.7	4.87	5	4.99	3.00	0.1	50	0.031/0.102
鈦(Hf)	277.3	5-20	99.4	0.74	0.5	5.23	4.46	0.01	50	0.003/0.01
銠(Rh)	343.5	5-20	98.6	1.01	1.25	1.17	10.47	0.02	50	0.0063/0.021
釔(Y)	371.0	5-20	101.0	0.86	0.25	3.68	11.76	0.005	50	0.0002/0.0008
銩(Zr)	343.8	5-20	100.5	0.81	0.25	3.96	1.08	0.005	50	0.001/0.0032
磷(P)	177.5	5-20	96.7	0.96	0.5	6.92	4.64	0.01	50	0.0033/0.011

表 3 儲存穩定性測試

元素名稱 (符號)	添加量 μg/樣本	分析量 μg/樣本	儲存天數									
			冷藏(4 °C) 相對回收率(%)					室溫(27 °C) 相對回收率(%)				
			第1天	第7天	第14天	第21天	第28天	第1天	第7天	第14天	第21天	第28天
砷(As)	12.5	12.2	100	99.2	104.2	102.9	103.1	100	99.9	101.3	104.5	103.9
鉍(Be)	12.5	12.2	100	101.7	103.8	103.1	105.4	100	101.8	100.4	104.4	104.7
鈣(Ca)	12.5	12.3	100	96.9	96.7	96.2	106.8	100	104.2	98.7	105.7	104.3
鎘(Cd)	12.5	12.2	100	98.7	103.3	102.2	102.9	100	100.2	100.2	104.7	104.3
鈷(Co)	12.5	12.3	100	101.0	104.0	101.7	102.7	100	100.7	101.4	103.0	103.6
銅(Cu)	12.5	12.6	100	98.2	100.5	100.0	102.1	100	99.7	99.3	102.4	102.8
鐵(Fe)	12.5	11.6	100	99.8	98.6	103.9	106.2	100	101.3	96.9	104.5	106.8
鋰(Li)	12.5	12.7	100	97.8	99.8	98.2	99.1	100	98.7	98.1	100.3	100.1
鎂(Mg)	12.5	12.3	100	99.1	100.4	101.3	102.9	100	101.1	99.8	103.5	103.0
錳(Mn)	12.5	12.4	100	98.4	102.7	101.7	102.8	100	99.6	100.3	103.4	103.1
鉬(Mo)	12.5	12.3	100	98.3	103.2	101.9	103.3	100	98.8	99.5	103.7	102.3
鎳(Ni)	12.5	12.3	100	98.9	104.7	101.6	102.2	100	99.9	102.2	103.7	103.6
鉛(Pb)	12.5	12.4	100	99.4	100.2	102.0	103.7	100	100.4	98.8	103.7	104.2
銻(Sb)	12.5	13.8	100	91.3	92.5	93.6	93.5	100	91.4	90.7	94.6	93.8
硒(Se)	12.5	12.1	100	103.2	104.8	105.2	106.5	100	103.6	102.3	106.4	106.7
錫(Sn)	12.5	12.4	100	99.7	101.6	101.5	102.6	100	100.3	99.5	102.3	102.4
鈦(Ti)	12.5	12.3	100	101.3	101.8	103.5	104.9	100	101.5	98.6	102.6	103.7
釩(V)	12.5	12.4	100	100.6	102.6	101.7	103.4	100	101.4	99.7	102.6	103.4

元素名稱 (符號)	添加量 μg/樣本	分析量 μg/樣本	儲存天數									
			冷藏(4 °C) 相對回收率(%)					室溫(27 °C) 相對回收率(%)				
			第1天	第7天	第14天	第21天	第28天	第1天	第7天	第14天	第21天	第28天
鋅(Zn)	12.5	12.2	100	100.7	102.5	102.6	104.8	100	101.5	101.0	105.1	104.8
鋁(Al)	12.5	13.3	100	92.9	93.1	94.6	96.6	100	95.4	92.0	97.5	98.3
硼(B)	12.5	12.5	100	100.8	101.7	103.2	106.1	100	101.4	99.4	103.6	104.9
鋇(Ba)	12.5	12.5	100	99.1	103.0	100.5	101.2	100	100.9	102.1	102.6	103.0
鉍(Bi)	12.5	12.7	100	102.8	104.0	101.3	104.9	100	103.0	101.7	103.0	107.1
鉻(Cr)	12.5	12.6	100	95.9	95.2	98.9	101.2	100	98.0	94.6	101.1	102.3
鎘(Ga)	12.5	12.9	100	97.9	102.3	101.2	105.1	100	99.5	99.9	102.9	106.9
銦(In)	12.5	12.5	100	97.1	99.9	99.2	103.6	100	99.0	98.8	101.7	105.1
鉀(K)	12.5	12.5	100	97.9	98.4	99.0	100.2	100	98.8	96.8	100.5	101.7
鈉(Na)	12.5	13.1	100	94.5	93.0	91.7	95.9	100	99.9	92.8	97.2	100.2
鋇(Sr)	12.5	12.5	100	97.8	99.6	99.7	101.0	100	98.2	97.8	101.8	101.4
鉍(Tl)	12.5	13.5	100	96.6	95.3	103.0	102.7	100	100.4	89.8	102.8	99.0
鈳(Hf)	12.5	12.4	100	101.1	103.5	102.3	103.0	100	101.6	100.4	102.3	102.9
銠(Rh)	12.5	12.7	100	99.1	100.2	100.4	100.7	100	100.3	99.4	103.0	100.8
釷(Y)	12.5	12.5	100	100.2	103.5	101.3	102.6	100	101.5	101.4	102.8	103.1
銩(Zr)	12.5	12.4	100	99.6	102.2	101.8	103.6	100	100.6	99.8	102.8	103.4
磷(P)	12.5	12.2	100	101.7	108.2	100.6	100.7	100	101.5	103.9	100.6	102.0

附註一 採樣分析流程圖



附註二 參考分析方法之主要數據

1. 本分析方法是參照 NIOSH 7303 第四版分析方法而成。

2. 儀器分析條件：

方 法：ICP-OES

消 化：1.25 mL 濃鹽酸及 1.25 mL 濃硝酸

最終定量：5% 鹽酸及 5% 硝酸，25mL

偵測波長：元素及特定規範

測試範圍：LOQ~50 mg/樣本

估計偵測極限：依元素而定

分析變異係數(CVa)：未評估